



RAPPORTO DI PROVA N. 1576/1-2013
TEST REPORT No. 1576/1-2013

rif. alla norma UNI EN 1865-1:2010 e UNI EN 1789:2010 (pt. 4.5.9 e 5.3)
rif. to standards UNI EN 1865-1:2010 and UNI EN 1789:2010 (pt. 4.5.9 and 5.3)

L'Istituto di Ricerche e Collaudi M. Masini dichiara di avere effettuato le prove del/i prodotto/i sottoindicato/i, seguendo i requisiti indicati nei punti 4.2 (escluso il pt. 4.2.8) e 5.1 della norma UNI EN 1865-1:2010.

The Istituto di Ricerche e Collaudi M. Masini hereby declares that tests have been carried out on the product/s listed hereafter, following the requirements of pt. 4.2 (with the exclusion of pt. 4.2.8) and 5.1 of the standards UNI EN 1865-1:2010.

FABBRICANTE:
Manufacturer

ME.BER. S.r.l. Unipersonale
Strada Langhirano, 270
43124 Fontanini (PR) - ITALY

PRODOTTO "Tipo, identificazione, utilizzo":
Product "Type, designation, use"

**Barella fissa in alluminio montata su carrello
autocaricante mod. "Master" e relativo sistema
di fissaggio all'ambulanza art. 955 PROOF**
*Fixed aluminium stretcher used on an automatic
loading trolley mod. "Master" and support for the
fixing inside the ambulance art. 955 PROOF*

modello model "1510 PROOF"

LUOGO DI PRODUZIONE:
Production site

Strada Langhirano, 270
43124 Fontanini (PR) - ITALY

NORME DI RIFERIMENTO:
Reference standards

UNI EN 1865-1:2010
UNI EN 1789:2010 - pt. 4.5.9 e/and 5.3

ESITO:
Result

POSITIVO - POSITIVE
ad esclusione dei pt. 4.2.6 a) b) d) della norma UNI EN 1865-1:2010
except pt. 4.2.6 a) b) d) of the standard UNI EN 1865-1:2010
(dettagli in allegato 1 - see details in annex 1)

Data/Date: 20/12/2013

Il Direttore Tecnico / Technical Manager
Dr. Ing. Sergio Tosi